

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat di simpulkan bahwa tidak adanya perbedaan derajat aglutinasi pada pemeriksaan golongan darah metode tabung antar sel darah merah yang dicuci dan tidak dicuci di UDD PMI Kabupaten Lumajang yaitu sebagai berikut :

Pemeriksaan golongan darah yang sesuai standar adalah dengan pencucian eritrosit yang bertujuan untuk menghilangkan gumpalan gumpalan dalam eritrosit seperti cloud atau substansi yang terdapat pada plasma yang dapat menyebabkan positif palsu dalam pemeriksaan. Selain itu pencucian eritrosit juga bertujuan untuk menghilangkan ireguler antibody yang dapat menyebabkan aglutinasi palsu pada sel.

5.2. Saran

5.2.1. Bagi peneliti

Hasil penelitian dapat sebagai referensi dalam mengembangkan dan ketrampilan khusus pada pemeriksaan golongan darah metode tabung

5.2.2. Bagi tempat penelitian

Hasil penelitian ini dapat secara acuan dalam meningkatkan manajemen mutu pada pelayanan darah dan mengembangkan pelayanan manajemen mutu pada penentu golongan darah donor dan pasien

